風しん抗体検査の
抗体価基準値

⇩

表:「風しん抗体価基準値」

検査キット名　（製造販売元）	検査方法	抗体価（単位等）
風疹ウイルスＨＩ試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （ＨＩ法）	１６倍以下 （希釈倍率）
Ｒ－ＨＩ「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （ＨＩ法）	１６倍以下 （希釈倍率）
ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG （デンカ生研株式会社）	酵素免疫法 （ＥＩＡ法）	８．０未満 （EIA 価）
エンザイグノスト B 風疹/IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）	酵素免疫法 （ＥＩＡ法）	３０未満 （国際単位（IU）/ml）
バイダス アッセイキット RUB IgG （シスメックス・ビオメリュー株式会社）	蛍光酵素免疫法 （ＥＬＦＡ法）	４５未満 （国際単位（IU）/ml）
ランピア ラテックス RUBELLA （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免役比濁法 （ＬＴＩ法）	３０未満 （国際単位（IU）/ml）
アクセス ルベラIgG （ベックマン・コールター株式会社）	化学発光酵素免疫法 （ＣＬＥＩＡ法）	４５未満 （国際単位（IU）/ml）
i-アッセイCL 風疹IgG （株式会社保健科学西日本）	化学発光酵素免疫法 （ＣＬＥＩＡ法）	１４未満 （抗体価）
BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （ＦＩＡ法）	３．０未満 （抗体価AI*）
BioPlex ToRC IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （ＦＩＡ法）	３０未満 （国際単位（IU）/ml）
Rubella-Gアボット （アボットジャパン株式会社）	化学発光免疫測定法 （CLIA法）	２５未満 （国際単位（IU）/ml）
ﾗﾝﾋﾟｱ　ラテックス　RUBELLAⅡ （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免疫比濁法 （LTI法）	３５未満 （国際単位（IU）/ml）
バイオライン　ルベラ　IgG/IgM (アボット　ダイアグノスティクス　メディカル株式会社)	イムノクロマト法 （ICA法）	陰性